

Số: **472**/TM-TTYT

Chí Linh, ngày **15** tháng **8** năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà cung cấp
hóa chất, vật tư y tế tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có
căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu
cho gói thầu: **Mua hóa chất, vật tư y tế cho máy xét nghiệm huyết học** để
phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh;
- Địa chỉ: Số 164, Nguyễn Trãi II, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- DSKKI. Nguyễn Huy Phúc; Khoa Dược-TTB-VTTYT;
- Số điện thoại: 0989.388.525;
- Địa chỉ email: phucduoccl@gmail.com.
- Cách tiếp nhận báo giá.
- Bản giấy: Gửi về DSKKI. Nguyễn Huy Phúc; Khoa Dược-TTB-VTTYT,
Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh;
- Địa chỉ: Số 164, Nguyễn Trãi II, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương;
- Số điện thoại: 02203.882.282
- File mềm: gửi vào email: phucduoccl@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến trước
17h00' ngày 26 tháng 8 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo
giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hóa chất, vật tư y tế cần mua sắm chi tiết theo *Phụ lục 01*
đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hóa chất, vật tư y tế: Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh (Số 164, Nguyễn Trãi II, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương)

3. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu *Phụ lục 02* đính kèm.

Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh kính mời các Hãng sản xuất, Công ty, Doanh nghiệp, Nhà cung cấp vật tư y tế, hóa chất tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh xin trân trọng cảm ơn./. 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.



GIÁM ĐỐC

BS. CKII DẶNG ĐỨC THIỆU

PHỤ LỤC 02: BIỂU MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 472/TM-TTYYT, ngày 15/8/2024 của Trung tâm y tế TP Chí Linh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ

Số:..., ngày... tháng năm 2024

Số:...

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số: /TM-TTYYT, ngày tháng năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ liên quan.

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa	SDK lưu hành/ GPNK	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm	Quy cách đóng gói	Tiêu chuẩn chất lượng	Phân loại TTBYT (A, B, C, D)	Chi phí cho dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Danh mục A														
2	...														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng... năm ...[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng...năm ...[ghi ngày...tháng...năm...kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp máy khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các vật tư y tế, hóa chất nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

115

12

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ CẦN BẢO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 472 /TM-TTYYT, ngày 15 /8/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh)



STT	Tên hàng hóa	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học	Can 18L	Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày	Can	65	
2	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học	Can 500 ml	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày	Can	36	
3	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để tách phân bạch cầu	Can 500 ml	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 30 ngày	Can	24	

STT	Tên hàng hóa	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
4	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc	Can 5L	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypochlorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày	Can	8	
5	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học	Can 5L	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày	Can	6	
6	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường	Lọ 2 ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày	Lọ	8	
7	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường	Lọ 3ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu	Lọ	8	

STT	Tên hàng hóa	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
			cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày			
8	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao	Lọ 2ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phòng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày	Lọ	4	
9	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp	Lọ 2ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phòng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày	Lọ	2	
10	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao	Lọ 3ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phòng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày	Lọ	4	



STT	Tên hàng hóa	Quy cách đóng gói	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
11	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp	Lọ 3ml	Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày	Lọ	4	
Tổng cộng: 11 khoản						